

טבלת כתובות ונתונים עבור משגוח משולב TD47 ויחידות תצוגה LD

שנאי		מנורת ניתוח		משגוח משולב TD47						תצוגת התראות LD							ספקי הכח הנדרשים					
הספק השנאי (KVA)	סימון השנאי	בתצוגת משותפת		אופציות		מגעי הממסר		סף ההתראה		כתובת המשגוח		זמני חזרת הנודניק (בדקות)		עצמת זמזם חזק-חלש-Lo	זמזם משותפת Sr	כתובת המשגוח בתצוגה השמאלית *Al	כתובת המשגוח בתצוגה ימנית *Ar	כתובת יחידת התצוגה *Ad	תאריך עידכון	DPS12	DPS5	ד ג ם
		בצד שמאל	בצד ימין	*EDS	LSD (3Ac)	11-14 :NC 12-11 :NO	בעומס יתר *A	בתקלת בידוד KΩ	*Busaddr	בתקלת בידוד Ir	בעומס יתר Or	9	8									
				3<<5	2<<5	3<<3	3<<2	2<<2	2<<4	9	8	7	6	5	4	3	שורה בתפריט		מיקום ושיוך			
				OFF	OFF	11-14	5A	500KΩ	3	60	15	Hi	--	1	03	01	תוכנת ע"י היצרן					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	סימון בלוח	לוח	חדר	סוג תצוגה או משגוח	מס'	
																					1	
																						2
																						3
																						4
																						5
																						6
																						7
																						8
																						9
																						10
																						11
																						12
																						13
																						14
																						15
																						16
																						17
																						18
																						19
																						20



שים לב !!
 חשוב לעדכן את הנתונים המהמסומנים ב* לפי המצב בשטח.
 יש לתכנת את כתובת המשגוח המתאים שנתוניו יוצגו בצד ימין או שמאל ביחידת התצוגה.
 כתובת מספר אחת חייבת להיות יחידת תצוגה.
 יש לתת כתובות ברצף (אין להשאיר "חורים" במספור הכתובות).
 אין לתת לשני מכשירים את אותה כתובת.

בכל שאלה ניתן לפנות לאליכ יעוץ ושווק בע"מ טל' 03-5343506

חשוב ביותר! יש לצרף טבלה זו לתוכניות הנמסרות ללקוח.