

טבלת כתובות ונתונים עבור Isomed IM427 ויחידות תצוגה LD

שנאי		משגוח IM427					תצוגת התראות LD							תאריך עדכון	ספקי הכח				
		אופציות *EDS	מגעי הממסר NC / NO	סף ההתראה		כתובת המשגוח *Adr	זמני חזרת הנודניק (בדקות)		עצמת זמזם Hi חזק Lo חלש	השתקת זמזם משותפת Sr	כתובת המשגוח בתצוגה השמאלית *Al	כתובת המשגוח בתצוגה ימנית *Ar	כתובת יחידת התצוגה *Ad		DPS5	DPS12	ד ג ם		
השנאי הספק (KVA)	סימון השנאי			לעומס יתר *A	לתקלת בידוד KΩ		בתקלת בידוד Ir	בעומס יתר Or						בתקלת בידוד Or	בתקלת בידוד Ir	בתקלת בידוד Ir	בתקלת בידוד Ir	בתקלת בידוד Ir	בתקלת בידוד Ir
		5	3	1	2	4	9	8	7	6	5	4	3	שורה בתפריט	מיקום ושיוך				
		OFF	NC	5A	500KΩ	1	60	15	Hi	--	03	03	01	תוכנת ע"י היצרן					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	חדר	סימון בלוח	לוח	דגם תצוגה או משגוח	מס'	
																			1
																			2
																			3
																			4
																			5
																			6
																			7
																			8
																			9
																			10
																			11
																			12
																			13
																			14
																			15
																			16
																			17
																			18
																			19
																			20

שים לב !!

חשוב לעדכן את הנתונים המסומנים ב* לפי המצב בשטח.

יש לתכנת את כתובת המשגוח המתאים שנתוניו יוצגו בצד ימין או שמאל ביחידת התצוגה. כתובת מספר אחת חייבת להיות יחידת תצוגה.

יש לתת כתובות ברצף (אין להשאיר "חורים" במספור הכתובות). אין לתת לשני מכשירים את אותה כתובת.

חשוב ביותר - יש לצרף טבלה זו לתוכניות הנמסרות ללקוח!



בכל שאלה ניתן לפנות לאליכ יעוץ ושווק בע"מ טל" 03-5343506